

Redni broj: _____	Datum prijema: _____	Datum završetka: _____
-------------------	----------------------	------------------------

*popunjava serviser

Kupac

 Ime i prezime: _____
 Adresa: _____
 Poštanski broj, grad: _____
 Broj telefona i e-mail: _____
 Podaci apoteke: _____

* ukoliko reklamacija ide preko apoteke

Uređaj

 Model: _____
 Serijski broj: _____
 Garancija: Da Ne
 Datum kupovine: _____

Informacije koje daje kupac

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Skala manometra pomena | <input type="checkbox"/> Oštećena pumpica | <input type="checkbox"/> Pogrešni rezultati merenja |
| <input type="checkbox"/> Neispravan manometer | <input type="checkbox"/> Oštećena manžetna | <input type="checkbox"/> Nema opisa greške |
| <input type="checkbox"/> | | |

Tehnička provera

Provera izgleda	Zadovoljava <input type="checkbox"/> Ne zadovoljava <input type="checkbox"/>												
Provera funkcije	Zadovoljava <input type="checkbox"/> Ne zadovoljava <input type="checkbox"/>												
Test statičkog pritiska (max. ±3mmHg)	Zadovoljava <input type="checkbox"/> Ne zadovoljava <input type="checkbox"/>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Referentne vrednosti u mmHg</th> <th style="width: 33%;">Testirani uređaj u mmHg</th> <th style="width: 33%;">Razlika u mmHg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">[~100]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">[~200]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">[~280]</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Referentne vrednosti u mmHg	Testirani uređaj u mmHg	Razlika u mmHg	[~100]			[~200]			[~280]			
Referentne vrednosti u mmHg	Testirani uređaj u mmHg	Razlika u mmHg											
[~100]													
[~200]													
[~280]													
Rezultati testiranja nepropustljivosti vazduha (max. 6mmHg/min) mmHg/min	Zadovoljava <input type="checkbox"/> Ne zadovoljava <input type="checkbox"/>												
Rezultati testiranja brzine deflacije (od 2 do 6 mmHg/sec) mmHg/min	Zadovoljava <input type="checkbox"/> Ne zadovoljava <input type="checkbox"/>												

Uočene greške

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Neispravan manometer | <input type="checkbox"/> Oštećena manžetna | <input type="checkbox"/> Nije nađena greška |
| <input type="checkbox"/> Oštećena pumpica | <input type="checkbox"/> Kalibrisanje | |
| <input type="checkbox"/> | | |

Zaključci analize

<input type="checkbox"/>	Testiranje uređaja za merenje pritiska je uspešno obavljeno. Nisu uočeni problemi. Uređaj radi ispravno i pouzdano meri krvni pritisak.
<input type="checkbox"/>	Testiranjem je utvrđena greška u radu. Opis greške: _____ Šta je urađeno: _____ _____

 CLAIM KOD: _____
 Tehničar: _____
 Mesto testiranja: _____
 Datum testiranja: _____
 Račun / Faktura: Da Ne

 Pečat/Potpis

Napomene